



WOJSKOWE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78

Warszawa, dnia 30.01.2012 r.



WOJSKOWE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie

Nr. 186/12
30.01.2012

00-671 Warszawa 1

Uczestnicy postępowania publicznego Nr 12/D/2012

*Dotyczy: pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu publicznym
Sprawa Nr 12/D/2012.*

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dzierżawa zamrażarki niskotemperaturowej do przechowywania mrożonego koncentratu krwinek czerwonych (MKKCz) (Sprawa Nr 12/D/2012).

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający może oszacować wartość pieniężną przechowywanego materiału w zamrażarce?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający szacuje wartość pieniężną mrożonego koncentratu krwinek czerwonych (MKKCz) na 220 tys. zł.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający w pkt. 12 arkusza asortymentowo-cenowego miał na myśli system monitoringu i rejestracji podłączony bezpośrednio do sterownika urządzenia czy realizowany przez zewnętrzny czujnik rejestrujący z dwiema sondami z możliwością przeniesienia danych i podłączenia do komputera.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak. Zamawiający w pkt. 12 arkusza asortymentowo-cenowego wymaga systemu monitoringu i rejestracji temperatury podłączonego bezpośrednio do sterownika urządzenia.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści menu oferowanego urządzenia z raportami drukowaniem w języku angielskim?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dopuszcza menu oferowanego urządzenia z raportami drukowaniem w języku angielskim.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści siwz w zakresie pkt 13 arkusza asortymentowo-cenowego w następującym zakresie: zmienia się zapis pkt 13 na następujący:

13. Menu urządzenia, raporty i drukowane w języku polskim lub angielskim.

Opis przedmiotu zamówienia po dokonaniu w/w zmian otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający może sprecyzować czy Wykonawca wraz z dostawą powinien dostarczyć komputer do komunikacji i drukarkę do drukowania raportów?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje swoim zakresem dostawy komputera do komunikacji z urządzeniem i drukarki do drukowania raportów.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wymaga aby system awaryjnego podtrzymywania temperatury CO₂ „back-up” posiadał funkcję zliczania zużytego CO₂

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wymaga aby system awaryjnego podtrzymywania temperatury posiadał funkcję zliczania zużytego CO₂.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wymaga dostarczania wraz z urządzeniem butli z CO₂ niezbędnej do poprawnego działania awaryjnego systemu podtrzymywania temperatury CO₂ „back-up” czy też Zamawiający zorganizuje butlę we własnym zakresie?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wymaga aby drzwi wewnętrzne były izolowane z zamknięciem na zatrask. Rozwiązanie z drzwiami wewnętrznymi zamkniętymi na magnes może powodować w miarę użytkowania rozmagnesowanie zamknięcia drzwiczek i tym samym niedostateczną ochronę przechowywanego materiału.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wymaga aby drzwi zewnętrzne były wyposażone w zamknięcie mechaniczne i możliwość założenia kłódki. Rozwiązanie z wyposażeniem na zamek elektromagnetyczny drzwi zewnętrznych może powodować niemożność zamknięcia zamrażarki w momencie braku energii elektrycznej.

Odpowiedź na pytanie nr 7, nr 8:

Zamawiający wymaga aby drzwi wewnętrzne były izolowane z zamknięciem na zatrask.

Zamawiający wymaga aby drzwi zewnętrzne były wyposażone w zamknięcie mechaniczne.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści siwz w zakresie pkt 6 arkusza asortymentowo-cenowego w następującym zakresie: zmienia się zapis pkt 6 na następujący:

6. Komora dzielona na dwie sekcje, każda sekcja zamykana osobnymi drzwiami wewnętrznymi izolowanymi i zamykanymi na zatrask. Liczba półek 3 + podłoga urządzenia. Drzwi zewnętrzne wyposażone w zamknięcie mechaniczne.

Opis przedmiotu zamówienia po dokonaniu w/w zmian otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone w sterownik mikroprocesory z wyświetlaczem typu LED?

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie było urządzeniem będącym wyrobem medycznym zgodnym z dyrektywami 93/42/EEC i 2007/47/EC, posiadającymi stosowną deklarację zgodności?

Odpowiedź na pytanie nr 9, nr 10:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający może sprecyzować czy zamrażarka po podłączeniu do komputera ma mieć możliwość konfiguracji i archiwizacji parametrów pracy urządzenia z dowolnego komputera podłączonego do sieci Ethernet?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający nie wymaga aby zamrażarka po podłączeniu do komputera miała możliwość konfiguracji i archiwizacji parametrów pracy urządzenia z dowolnego komputera podłączonego do sieci Ethernet.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający może sprecyzować jakiego rodzaju ma być izolacja w ściankach urządzenia: izolacja z paneli próżniowych (VIP) czy pianka poliuretanowa? Izolacja próżniowa (VIP) jest rozwiązaniem nowocześniejszym powodującym zmniejszenie wymiarów zewnętrznych urządzenia i jednoczesnym zyskiem na powierzchni wewnętrznej nawet do 30% w porównaniu do urządzeń z izolacją wykonaną z pianki poliuretanowej?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.02.2012 r. do godz.09:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2012 r. do godz.09:30

W imieniu Zamawiającego

DYREKTOR

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. MEDYCZNYCH
Wojtkowego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolécznictwa SP ZOZ


lek. Hanna Wojnerdowicz - Malecka
specjalista transfuzjolog

**ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PO DOKONANIU ZMIAN TREŚCI SIWZ**

Załącznik Nr 4

CPV 42513000-5 - Urządzenia chłodnicze i mrozące
PA02-0 - Dzierżawa

Nazwa	JM	Ilość	Okres dzierżawy /miesiąc/	Cena jedn. netto za 1 miesiąc dzierżawy /pln/	Wartość netto /pln/	Stawka VAT	Wartość brutto /pln/
<p>Dzierżawa zamrażarki niskotemperaturowej do przechowywania mrożonego koncentratu krwiнок czerwonych (MKKCz).</p> <p>Specyfikacja techniczna zamrażarki niskotemperaturowej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posiada znak CE. 2. Posiada Deklarację zgodności. 3. Wymiary zewnętrzne urządzenia: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wysokość - 2,00 m ($\pm 10\%$), ➤ Szerokość - 1,00 m ($\pm 10\%$), ➤ Głębokość - 0,85 m ($\pm 10\%$). 4. Wymiary wewnętrzne urządzenia: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wysokość - 1,40 m ($\pm 10\%$), ➤ Szerokość - 0,89 m ($\pm 10\%$), ➤ Głębokość - 0,60 m ($\pm 10\%$). 5. Pojemność urządzenia: 750 l ($\pm 10\%$). 6. Komora dzielona na dwie sekcje, każda sekcja zamykana osobnymi drzwiami wewnętrznymi izolowanymi i zamykanymi na zatrask. Liczba pótek 3 + podłoga urządzenia. Drzwi zewnętrzne wyposażone w zamknięcie mechaniczne. 7. Zakres temperatur pracy: od -50 st. C do -86 st. C. 8. Poziom hałasu: 50 dB ($\pm 5\%$). 9. Dokładność regulacji temperatury +/- 1 st. C. 10. Posiada sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem temperatury aktualnej oraz ustawionej z sygnalizacją stanów awaryjnych pracy urządzenia. 11. Posiadany sterownik ma kontrolować temperaturę otoczenia i sygnalizować gdy jest ona za wysoka. 12. Posiada system monitoringu i rejestracji temperatury urządzenia. 13. Menu urządzenia, raporty i drukowane w języku polskim lub angielskim. 14. Posiada interfejs do podłączenia komputera oraz oprogramowanie do komunikacji z komputerem i rejestracji danych. 15. Posiada system awaryjnego podtrzymywania temperatury. 16. Posiada stelaż metalowy na 20 pudełek 5 cm – sztuk 12. 17. Posiada stelaż metalowy na 24 pudełka 5 cm – sztuk 12. 18. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. 19. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia, zakończonego podpisaniem protokołu przekazania nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. 20. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 	sztuka	1	24				

21. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim.
22. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny, autoryzowany serwis gwarancyjny urządzenia w czasie trwania umowy, w tym wszystkie materiały eksploatacyjne. Serwis obejmuje m.in. przeglądy techniczne i walidację urządzenia minimum raz w roku oraz po każdej ewentualnej naprawie i regulacji, bezpłatne naprawy oraz regulacje urządzenia stosowanie do sytuacji, ponosząc koszty dojazdu serwisanta.
23. Zamawiający nie będzie ponosić żadnych kosztów związanych z korzystaniem z dzierżawionego urządzenia za wyjątkiem czynszu dzierżawnego.
24. Serwis dostępny 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Numery telefonów kontaktowych podane zostaną wraz z protokołem przekazania.
25. Wykonawca zapewnia, że czas podjęcia działań przez serwis nie przekroczy 4h od momentu wezwania, a maksymalny czas usunięcia usterki nie przekroczy 12h od momentu wezwania serwisu przez Zamawiającego.
26. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w powyższym terminie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym.
27. W przypadku zniszczenia materiału przechowywanego w chłodni wskutek jej wadliwego działania Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą pieniężną odpowiadającą wartości zniszczeń.
28. „Zamawiający” zobowiązuje się zwrócić aparat „Wykonawcy” po okresie obowiązywania umowy, w stanie nie pogorszonym poza normalnym stopień zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji aparatu. „Wykonawca” dokona na własny koszt demontażu i transportu aparatu. Przekazanie aparatu potwierdzone zostanie odpowiednim protokołem podpisanym przez strony.

Wymagane w ofercie dokumenty:

- dokument CE,
- deklaracja zgodności,
- instrukcja w języku polskim,
- specyfikacja techniczna producenta zaofiarowanego powyżej urządzenia.

Miejsce dostawy: WCKiK SP ZOZ w Warszawie, ul. Szaserów 128.

.....

(Podpis wykonawcy)