Załącznik Nr 1

A R K U S Z A S O R T Y M E N T O W O - C E N O W Y

CPV 33190000-8

Nazwa	Nazwa handlowa	Producent	Kraj pochodzenia	JM	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
Zgrzewarka do drenów stacjonarna				sztuka	1				

1. Urządzenie fabrycznie nowe
2. Posiada znak CE
3. Posiada uchwyt do przenoszenia
4. Musi zapewniać zgrzewanie wszystkich rodzajów drenów pojemników na krew i jej składniki o średnicy do 5,9 mm bez ich uszkodzenia oraz bez konieczności regulacji urządzenia
5. Zapewnia zgrzewanie drenów zimnych (do 2^0 C) i ciepłych (do 40^0 C), zarówno pustych jak i wypełnionych
6. Automatyczny dobór czasu zgrzewania w zależności od grubości drenu
7. Czas zgrzewania regulowany automatycznie – maksymalnie do 3 sek.
8. Zgrzewy z perforacją, umożliwiające rozdzielenie drenu bez konieczności stosowania innych narzędzi
9. Posiada system wykrywania drenu, automatycznie inicjujący proces zgrzewania (bez żadnych dodatkowych czynności)
10. Wyposażone w system pozycjonowania drenu zintegrowany z wbudowaną osłoną przeciwrozbryzgową, osłaniającą dren z góry oraz z boku
11. Wizualna informacja (sygnał LED) o trwającym procesie zgrzewania, prawidłowo wykonanym zgrzewie
12. Zaopatrzone w dźwiękowy i wizualny sygnał informujący o nieprawidłowo wykonanym zgrzewie (wyciek płynu) lub innych stanach alarmowych
13. Łatwo zdejmowalna (bez użycia narzędzi) nasadka elektrod zgrzewających w celu wykonania czyszczenia. Informacja wizualna (sygnał LED) o braku nasadki. Zabezpieczenie przed możliwością zgrzewania bez nasadki
14. Posiada zabezpieczenie przed nadmiernym przegrzaniem urządzenia, z informacją wizualną (sygnał LED) o przegrzaniu. Automatyczne przywrócenie gotowości do pracy po ustąpieniu przegrzania.
15. Temperatura zgrzewania nie może powodować niszczenia komórek krwi znajdujących się w drenach ani zmieniać parametrów zgrzewanego materiału
16. Musi być zasilana prądem zmiennym o napięciu 230 V
17. Wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis na terenie Polski
18. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego
19. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
20. Wykonawca musi dostarczyć wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim
21. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie
22. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszt robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiającego
23. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin
24. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni
25. Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,
- instrukcja w języku polskim,
- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

Lp.	Nazwa miejsca dostawy	Adres miejsca dostawy	Telefon kontaktowy	Ilość
1	Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja we Wrocławiu	ul. Rudolfa Weigla 5 53 – 115 Wrocław	261-660-800	1

……..…….

(Podpis Wykonawcy)